

Tilsynsrapport

Tandlægerne ved Slotssøen ApS

Sundhedsfagligt, planlagt - udgående tilsyn

Tilsyn med tandklinikker 2025

Tandlægerne ved Slotssøen ApS
Fredericiagade 13
6000 Kolding

CVR- nummer: 27521673 **P-nummer:** 1010660196 **SOR-ID:** 564451000016004

Dato for tilsynsbesøget: 02-09-2025

Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Sagsnr.: 35-2011-21482



1. Vurdering

Konklusion efter partshøring

Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget bemærkninger til rapporten. Vi har anført de tiltag klinikken har gjort siden tilsynet. Oplysningerne ændrer ikke vores samlede vurdering og vi afslutter tilsynet

Samlet vurdering efter tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den **02-09-2025** vurderet, at der på **Tandlægerne ved Slotssøen ApS** er:

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på observationer, interview samt gennemgang af journaler og instrukser ved det aktuelle tilsyn.

Ved tilsynet konstaterede vi, at der var enkelte spredte fund som relaterede sig til røntgenoptagelser og daglig rengøring.

Tandlægerne ved Slotssøen ApS fremstod dog overordnet sundhedsfagligt velorganiseret med gode arbejdsgange.

Vi vurderer at behandlingsstedet selv vil være i stand til at rette op på de konstaterede mangler ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynsbesøget. Vi forudsætter, at behandlingsstedet følger vores henstillinger.

Vi har efter tilsynet modtaget oplysninger om tiltag klinikken har gjort for at sikre at rengøringen i behandlingsrum og sterilisation efterlever gældende krav, og vi lægger til grund, at klinikken er opmærksom på deres ansvar for at sikre smitteveje brydes ved den daglige rengøring

2. Krav og henstillinger

Henstillinger

Fundene ved tilsynet giver anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

Num mer	Navn	Henstillinger
7.	Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser	Behandlingsstedet skal sikre, at der er journalført beskrivelse af de anførte røntgenoptagelser.
14.	Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken	Behandlingsstedet skal sikre, at procedurerne for den daglige rengøring af klinikken efterlever gældende krav.

3. Fund ved tilsynet

Behandlingsstedets organisering

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
1.	Interview om instruktion og tilsyn ved benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)	X			
2.	Gennemgang af instrukser for delegation (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)	X			

Faglige fokuspunkter

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
3.	Interview vedrørende medicinsk anamnese	X			
4.	Journalgennemgang vedrørende medicinsk anamnese	X			
5.	Interview vedrørende ordination af antibiotika	X			
6.	Journalgennemgang vedrørende ordination af antibiotika	X			
7.	Journalgennemgang vedrørende røntgenoptagelser		X		I en ud af tre stikprøver manglede røntgenbeskrivelse af rodfyldning samt mulig carieslæsion.

Medicinhåndtering

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
8.	Interview og gennemgang af medicin- og materialehåndtering herunder akutberedskab	X			

Patienters retsstilling

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
9.	Interview om informeret samtykke til behandling	X			
10.	Journalgennemgang af informeret samtykke til behandling	X			

Hygiejne

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
11.	Interview og gennemgang af dokumentation for kontrol af autoklave	X			
12.	Interview og observation vedrørende sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug	X			
13.	Interview og observation vedrørende vandkvalitetsprøver af unitvand	X			
14.	Interview vedrørende daglig rengøring på klinikken		X		Klinikken brugte en gulvvaskemaskine til daglig rengøring af gulvene, men der blev

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
					anvendt samme børste i alle rum, og maskinen kunne ikke nå helt ud til panelerne. Rengøringen af gulvene efterlevede dermed ikke gældende krav.

Øvrige fund

Num mer	Målepunkt	Opfyldt	Ikke opfyldt	Ikke aktuelt	Fund og kommentarer
15.	Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici			X	Der var ingen øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici.

4. Baggrundsoplysninger

Oplysninger om behandlingsstedet

- Tandlægerne ved Slotssøen ApS er en privat ejet tandklinik beliggende Fredericiagade 13, 6000 Kolding. Klinikken ejes af virksomhedsansvarlig tandlæge Søren Nitschke og består desuden af en tandlæge, en tandplejer og tre klinikassistenter.

Begrundelse for tilsyn

Tilsynet var et planlagt - udgående tilsyn på baggrund af en stikprøve.

Om tilsynet

- Ved tilsynet blev målepunkter for Tandklinikken anvendt. Målepunkterne findes på vores hjemmeside www.stps.dk under *Tilsyn; Tilsyn med behandlingssteder*. Datoen for tilsynsbesøget skal matche datoangivelsen på målepunktssættet.
- Der blev gennemført interview af ledelse og medarbejdere
- Der blev gennemført gennemgang af instrukser
- Der blev gennemgået tre journaler, ved gennemgang af målepunkt 4, 7 og 10. Ved gennemgang af målepunkt 6 blev der gennemgået en enkelt journal. Alle journaler blev udvalgt på tilsynsbesøget.

Ved tilsynet deltog: Ejer og virksomhedsansvarlig tandlæge Søren Nitschke samt øvrigt personale.

Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til: Ejer og virksomhedsansvarlig tandlæge Søren Nitschke samt øvrigt personale.

Tilsynet blev foretaget af:

- Britt Eisenreich, tandlæge
- Sara Schrøder, tandlæge

Lovgrundlag og generelle oplysninger

Information om lovgrundlaget for tilsynet samt information om tilsynets formål, baggrund, forløb og vurdering findes på vores hjemmeside www.stps.dk under *Lovgrundlag og generelle oplysninger*.